



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ TEL/FAX 33769600

Itapetininga, 02 de setembro de 2015.

REF: ESCLARECIMENTO AO EDITALDO PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2015-PROCESSO N.º 274/2015 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, ULTRASSOM, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ITAPETININGA, CONFORME PROPOSTA DO FUNDO NACIONAL E SAÚDE, N° 13781069000/1130-15. RECURSO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Pregoeiro vem através deste encaminhar a resposta do esclarecimento ao edital apresentada pelas empresas: Siemens Ltda e Imagem Sistemas Médicos LTDA.

1. Questionamento da Empresa SIEMENS LTDA:

1.1-"QUANTO A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO DE ULTRASSOM:

- Ajuste de giro e altura do teclado;
- Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, quatro transdutores sem adaptação.

Nossa empresa, assim como outras do mercado não possui as características específicas acima, porém atende plenamente aos demais requisitos."

Resposta:

Tendo em vista o pedido de esclarecimento feito pela empresa Siemens LTDA informamos o que segue:

No tocante aos ajustes de altura e giro no painel e teclado e conexão simultânea para quatro transdutores, foi realizada alteração no edital para permitir a participação de mais empresas no certame licitatório conforme segue:

SISTEMA ERGONÔMICO QUE POSSUA PAINEL COM AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO OU NÃO, PARA ADAPTAR-SE AOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE EXAME, COM USUÁRIO TRABALHANDO EM PÉ OU SENTADO; AJUSTE DE ALTURA DO TECLADO, INDEPENDENTE DO MONITOR, MONITOR DE NO MPINIMO 15 " LCD COM BRAÇO ARTICULADO; COM AJUSTE DE CONTRASTE; FRAME RATE SUPERIOR 300 QUADROS/SEG; FAIXA DINÂMICA DE NO MÍNIMO 200 Db; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 CM; IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO COM 256 NÍVEIS DE CINZA PARA O MODO 2D; CONEXÃO SIMULTANEA E ATIVA PARA, NO MÍNIMO, TRÊS TRANSDUTORES SEM ADAPTAÇÃO;

1.2 - "QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA:

Informamos que o equipamento de Ultrassom é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitação do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o Ultrassom possui partes e peças de procedência estrangeira, ou seja, está sujeito a todos os trâmites de importação e desembaraço aduaneiro, sendo que o cumprimento de tais trâmites poderá ocasionar atrasos involuntários por parte da contratada.... Sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da nota de empenho ou documento equivalente."

Resposta:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ TEL/FAX 33769600

Quanto ao prazo de entrega do equipamento, a requerente solicita alteração no prazo de entrega de 30 para 60 dias. Esclarecemos que o item 10.1.1. de edital prevê que o prazo indicado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante justificativa do fornecedor e aceitação pela Administração Municipal.

2. Questionamento da Empresa IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA:

1. Consta no Item 2 - Aparelho de Ultrassom:

1.1 - O edital exige 05 transdutores e equipamento com 04 portas ativas. Vale ressaltar que a estimativa do item é de R\$129.500,00. Equipamentos com 04 portas ativas são mais caros e, corriqueiramente, são utilizados apenas 03 transdutores. Sugerimos que o edital exija "mínimo 03 portas ativas".

Resposta:

"Tendo em vista o pedido de esclarecimento feito pela empresa Imagem Sistemas Médicos Ltda no tocante a informamos o que segue:

No tocante à conexão simultânea para quatro transdutores, foi realizada alteração no edital para permitir a participação de mais empresas no certame licitatório conforme segue:

CONEXÃO SIMULTÂNEA E ATIVA PARA, NO MÍNIMO, TRÊS TRANSUTORES SEM ADAPTAÇÃO;

1.2- EXIGE-SE - "Possibilidade futura de contraste com Flash".

Sugerimos que seja excluído do edital "Possibilidade futura de software utilizado para detectar os agentes de contraste utilizando baixo MI e modos de Flash"

Resposta:

Quanto a exigência de possibilidade futura de contraste com flash, este item será excluído para permitir a participação de mais empresas no certame.

O termo completo está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Presencial.

PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO OFICIAL

Local: _____, _____ de _____ de 2015.

Nome por Extenso: _____

RG. n.º: _____

ASSINATURA/CARIMBO

FAVOR RETORNAR FAX COMPROVANDO O RECEBIMENTO DESTE ESCLARECIMENTO ATRAVÉS DO NÚMERO (15) 3273-3200 OU PELO E-MAIL: pregao@itapetininga.sp.gov.br