

Assunto **Pedido de Esclarecimento - PP 152/2015 - Encerramento : 28/09/2015 às 09:30 horas**

De Cristina Todaro <cristina.todaro@dipromed.com.br>

Para <licitacao@itapetininga.sp.gov.br>

Cópia <diana.silva@dipromed.com.br>

Responder para <cristina.todaro@dipromed.com.br>

Data 23.09.2015 08:29



- Esclarecimentos Itapetininga_Amcor Descritivo (3).doc (53 KB)

DIPROMED Comércio e Importação Ltda.

Ética e respeito pela vida.

Bom dia!

Segue anexo pedido de esclarecimento.

Fico no aguardo e agradeço.

Att.

Cristina Todaro

Licitações

Telefone: (11) 3646-0166 ramal 231

cristina.todaro@dipromed.com.br

www.dipromed.com.br

As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que a leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

The information contained in this message and in the attached files are restrict, and its confidentiality protected by law. In case you are not the addressee, be aware that the reading, spreading and copy of this message is unauthorized. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be treated according the company's internal rules and legal laws.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Att. Comissão de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº152/2015

PROCESSO Nº 251/2015

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/09/2015 a partir das 09:30 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFERMAGEM E INSUMOS PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., sediada à Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, n.º 185 – Jd. Santa Fé – Osasco – SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º. 47.869.078/0004-53, por seu representante legal que esta subscreve, com fulcro na inciso VIII do artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93, apresentar:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Aos termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte:

Da análise do instrumento convocatório, a requerente observou uma divergência entre o descritivo e a unidade para os itens 22 e 23, conforme transcrito abaixo:

Item	Quantidade	Unidade	Descritivo
22	600,0000	RL	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 10CM X 100M - BOBINA TERMOSELANTE DE GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100.000 MM (10 CM X 100M), CONFECCIONADO EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RUGAS, MANCHAS, ODORES, NÃO SOLTE FIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA DE 60G/M2 A 70G/M2, POROSIDADE CONTROLADA, SEGUIR ABNT NBR 14990-9, COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO, POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95% (BFE), APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 95, CONTENDO NA EMBALAGEM: REGISTRO DA ANVISA, NUMERAÇÃO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, PERIODO DE VALIDADE/VENCIMENTO
23	300,0000	RL	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 25CM X 100M - BOBINA TERMOSELANTE DE GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 250MM X 100.000 MM (25 CM X 100M), CONFECCIONADO EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RUGAS, MANCHAS, ODORES, NÃO SOLTE FIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, GRAMATURA DE 60G/M2 A 70G/M2, POROSIDADE CONTROLADA, SEGUIR ABNT NBR 14990-9, COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO, POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95% (BFE), APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 95, CONTENDO NA EMBALAGEM: REGISTRO DA ANVISA, NUMERAÇÃO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, PERIODO DE VALIDADE/VENCIMENTO

Isto porque, como se vê, na quantidade solicita ROLO e no descritivo ENVELOPE. Razão pela qual, requer esclarecimento para escoimar a dúvida existente.

Sem mais, elevamos nossos protestos de estima e consideração

São Paulo, 18 de setembro de 2015.

DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Setor de Licitações



Itapetininga, 22 de setembro de 2015.

MEMORANDO INTERNO Nº 312/2015

REF.: EDITAL DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº152/2015

PROCESSO Nº251/2015

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA REALIZAÇÃO: dia 28.09.2015 ÀS 09:00HORAS

LOCAL: SALA DA CPL - I

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFERMAGEM E INSUMOS PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminho o questionamento em anexo a este memorando para que seja respondido e encaminhado para a empresa.

Sendo assim, fico no aguardo de vosso manifesto.

Karina de Andrade Machado
Departamento De Gestão De Suprimentos E Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA DOS TRÊS PODERES N.º 1000 - JARDIM MARABÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando Interno nº 53 / CEMAE / 2015

Itapetininga, 23 de Setembro de 2015.

De: Central de Materiais de Enfermagem / Enf^ª Eliane Borges

Para: Secretaria de Saúde

Referente: Memorando interno nº 312/2015

Esclarecendo duvida questionada dos itens 22 e 23 do pregão presencial nº 152/2015 se trata rolo de embalagem para esterilização, assim como descrito sua apresentação física de 100 mm x 100.000 mm (10 cm X 100 m), denominação envelope é devido o produto estar cadastrado no sistema de almoxarifado.

Este setor compromete se próxima abertura de ata sanar esta divergência.

Eliane Cristina B. Borges
Coord. Central de
Enfermagem

Coordenadora CEMAE